マグチタン　ティアモコレクション

取扱説明書

Colantotte®

〈製品についてのお問い合わせは下記まで〉

arc Quest
製造販売元　株式会社アーク・クエスト
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-26
TEL(06)6258-7350 FAX(06)6258-7360
0120-080-523　www.colantotte.jp

MA01_R04

■「マグチタン」は医療機器です。

「マグチタン ティアモコレクション」は医療機器として認証されています。
100mTのフェライト永久磁石をN極S極交互配列で埋め込み、装着部位の血行を改善し、コリを緩和します。

■純チタン・シリコンベルト採用

純チタン採用で、とても軽い着け心地。(バックル除く)
純チタン、シリコンベルトは共に汗や水に強く、さらに純チタンは錆びにくいのでスポーツシーンでも安心してご使用いただけます。
「マグチタン」シリーズは世界で活躍するアスリート達に愛用されています。

※使用している純チタンは、通常のご使用において錆びる心配はありません。

■ 独自のN極S極交互配列



N極とS極を交互に配列することにより、広範囲に磁力が影響します。これがコラントッテの磁気パワーの特長です。



■ 製品仕様



Ｓｐｅｃ：フェライト永久磁石
100mT(1000G)4個を交互配列
Material：純チタン、シリコン、ステンレス
Ｓｉｚｅ：フリーサイズ15～21cm　幅8mm
医療機器認証番号：221AGBZX00163A03

■ お手入れ方法･その他

●汚れ等は柔らかい布で拭きとってください。
●汚れや汗などが付着したまま保管しないでください。
●汚れのひどい時は中性洗剤を使用し、水で十分に洗い流した後、柔らかい布で拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。
●ぬれた状態で長時間放置しないでください。
●薬剤や漂白剤は、使用しないでください。

●「マグチタン　ティアモコレクション」には別売の替えベルトもご用意しております。

※「マグチタン　ティアモコレクション　ジルコニアモデル」には別売の替えベルトは使用できません。
必ず製品に付属しているサイズ調節用のベルトをご使用ください。

付属の替えベルト･サイズ組み合わせ表

ティアモコレクションは付属ベルトの組み合わせにより、サイズ調節ができます。
下記の表をご参照下さい。(付属ベルト計4本)

ご使用サイズ	組み合わせ	セット
約21 cm	Ⓐ+Ⓑ	Tamo Ⓐ Tamo Ⓑ
約20 cm	Ⓐ+Ⓒ	Tamo Ⓐ Tamo Ⓒ
約19 cm	Ⓑ+Ⓒ	Tamo Ⓑ Tamo Ⓒ
約18 cm	Ⓒ+Ⓒ	Tamo Ⓒ Tamo Ⓒ 標準セット
約17 cm	Ⓒ+Ⓓ	Tamo Ⓒ Tamo Ⓓ
約16 cm	Ⓒ+Ⓔ	Tamo Ⓒ Tamo Ⓔ
約15 cm	Ⓓ+Ⓔ	Tamo Ⓓ Tamo Ⓔ

ベルトのサイズ調節及び交換方法

(1)手首など、装着希望部分のサイズを測る
·付属のメジャーで測り、
ご希望の長さを決定する。

(2)組み合わせ表からサイズに合ったベルトを選ぶ
·ご希望サイズより、5ミリ以上長い組み合わせを選ぶ。

ベルトを外す

(3)付属の金具でピンを押す(ピンはスプリング式)
·ベルトを少し傾ける。(ピンの飛び出しに注意)



ベルトを取り付ける

(4)ピンをベルトに差し込み、両端を同じ程度に差し込む

(5)ピンの片端を、飾り金具の穴に内側から差し込む



(6)ピンの先をベルトに押し込みながら、飾り金具にスライドさせる(パチンと入るのを確かめる)